



Datum:	3 maart 2020
Onze referentie:	2020-001
Betreft:	Recall Etonogestrel/Ethinylestradiol Mylan 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik

Geachte heer/mevrouw,

In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is er besloten om **alle** batches van ondergenoemd product met onmiddellijke ingang uit de markt terug te roepen.

Naam product:	Etonogestrel/Ethinylestradiol Mylan 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik
RVG nummer:	RVG 118957
Artikel nummer:	400540273
ZI-nummer	16573439
Charges	Alle batches
Recallniveau:	Apotheek
Reden voor de recall:	verhoogde kans op breken van de vaginale ring

Wij verzoeken u uw voorraad op bovengenoemd product te controleren. Mocht u bovengenoemd product op voorraad hebben, dan kunt u de bij u aanwezige voorraad ten laatste 20 maart 2020 aan uw groothandel retourneren.

Mylan streeft naar een betrouwbare levering van geneesmiddelen van hoge kwaliteit voor patiënten en betreurt de ontstane situatie.

Hartelijk dank voor uw medewerking in deze om de recall spoedig te laten verlopen.

Voor vragen betreffende deze terughaalactie kunt u contact opnemen met:

Mylan B.V.  
Afdeling QA  
Tel: 020-426 33 000  
Email: [QA@mylan.nl](mailto:QA@mylan.nl)